

## ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА

## ПИТАЊЕ БРОЈ 1

Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала, ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/2019 ПРЕДМЕТ:  
Захтев за појашњењем конкурснедокументације бр.02/2019

Поштовани,

Као заинтересовано лице у предметном поступку, на основу члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама, овим путем вас молимо за појашњење конкурсне документације. Уједно указујемо и на евентуалне неправилности у конкурсној документацији јавне набавке бр. 02/2019.

Наиме, у делу III Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара наведено је следеће:

- Партија бр. 3-БИОХЕМИЈА, КАЛИБРАТОРИ ИКОНТРОЛЕ ЗА БИОХЕМИЈУ И СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ БИОХЕМИЈСКОГ АПАРАТА, под ставком број 21. наведен је Реагенс за одређивање ПТ из капиларне крви, који није у вези са осталим потрошним материјалом за БИОХЕМИЈУ, па вас молимо за детаљније појашњење, имајући у виду да је чланом 3. став 1. Тачка 35) Закона о јавним набавкама прописано да је јавна набавка по партијама - набавка чији је предмет обликован у више посебних истоврсних целина и која је као таква означена у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији. Како предметни реагенс не припада истоврсној групи са осталим потрошним материјалом који је предмет набавке, наведен у Партији 3, то вас молимо запојашњење.
  - Партија бр. 3 -БИОХЕМИЈА, КАЛИБРАТОРИ ИКОНТРОЛЕ ЗА БИОХЕМИЈУ ИСРЕДСТВА ЗА ОДРЗАВАЊЕ БИОХЕМИЈСКОГ АПАРАТА, за ставку број 28. Алкални детерцент за апарат CS- 300B и 29. Антибактеријски детерцент за апарат CS-300B, дата је напомена да је неопходно да поменуте ставке буду оригиналне, произвођача апаратца DURUI CS-300B, што доводи до закључка да само један потенцијални понуђач може учествовати у јавној набавци предметног материјала. Таквим постављањем захтева, Наручилац поступа директно супротно одредбама Закона о јавним набавкама, чиме се апсолутно ограничава конкуренција. Молимо вас за појашњење.

Чланом 10. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију, као и да Наручилац не може да ограничи конкуренцију.

Даље, чланом 12. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац у поступку јавне набавке дужан да у свим фазама поступка јавне набавке обезбеди једнак положај свим понуђачима.

Наведени захтеви из техничке спецификације стоје у директној супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, чиме се апсолутно ограничава конкуренција. Овако дефинисани захтеви имају за последицу давање предности, односно елиминацију – у конкретном случају свих, сем једног потенцијалног понуђача који може испунити прописане узахтеве техничке спецификације.

Имајући у виду све напред наведено, молимо вас да извршите корекцију и измену конкурсне документације у Делу III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добра, радова или услуга, на начин како би била омогућена већа конкуренција у предметном поступку јавне набавке, што је свакако и у општем интересу.

С поштовањем,

### ОДГОВОР КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

#### **1. Партија бр. 3 – Биохемија, калибратори и контроле за биохемију и средства за одржавање биохемијског апарат**

Наручилац већ годинама спроводи исту јавну набавку и у тим јавним набавкама се увек у оквиру партије Биохемија налази и реагенс за одређивање ПТ из капиларне крви. Наручилац сматра да подносилац захтева за додатно појашњење појам "истоврсно" тумачи преуско, јер је сасвим очигледно да је и реагенс за одређивање ПТ из капиларне крви једна од лабораторијских анализа која се обавља код наручиоца, те је истоврсност сасвим очигледна.

У складу са наведеним наручилац остаје при свом ставу односно спецификацији добра који је дефинисан конкурсном документацијом у Поглављу III Врста, техничке карактеристике (соцификације), квалитет, количина и опис добра за партију 3. Биохемија, калибратори и контроле за биохемију и средства за одржавање биохемијског апарат.

#### **2. Партија бр. 3 – Биохемија, калибратори и контроле за биохемију и средства за одржавање биохемијског апарат**

Наручилац је конкурсном документацијом предвидео да је "Неопходно је да ставке под редним бројем 28. и 29. буду оригиналне, произвођача апарат "DURUI CS-300B" из разлога јер наручилац биохемијске анализе обавља на биохемијском анализатору DURUI CS-300B", а техничком документацијом производа је предвиђено да Алкални детерџент и Антибактеријски детерџент морају бити оригинални, јер једино у том случају резултати могу бити поуздано тачни.

Наручилац сматра да оваквим поступањем не крши одредбе Закона о јавним набавкама које се односе на обезбеђивање конкуренције међу понуђачима јер је претходним испитивањем тржишта утврдио да производац "DIRUI" има најмање 2 дистрибутера на територији наше земље.

У складу са наведеним, из искључиво техничких разлога, наручилац остаје при услову који је дефинисан конкурсном документацијом.

#### **Партија бр. 4 – Хематологија**

Наручилац спроводи отворени поступак који је Законом о јавним набавкама предвиђен као редован, најтранспарентнији и најекономичнији поступак јавне набавке. Чињеница да конкурсном документацијом наручилац захтева достављање изјаве производа апарату да се на апаратима Mythic 18 и Mythic 22AL могу користити понуђени реагенси је сасвим оправдана из разлога јер наручилац хематолошке анализе обавља на хематолошким анализаторима Mythic 18 и Mythic 22AL.

Појам „или одговарајући“ је наведен јер наручилац жели да сви понуђачи који могу понудити одговарајуће реагенсе учествују у поступку јавне набавке.

У складу са наведеним наручилац остаје при услову који је дефинисан конкурсном документацијом.

**ДОМ ЗДРАВЉА „РУМА“ РУМА  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**